



V-035 - HEMORROIDOPEXIA GRAPADA. TÉCNICA DE LONGO CON DISPOSITIVO DE ALTO VOLUMEN

Otalora Mazuela, Leire; Pérez Corbal, Lara; Castrodá Copa, David; Pascual Gallego, Miguel; Díz Jueguen, Susana; Seoane, Jaime; Piñeiro Teijeiro, Alexandra; Parajó Calvo, Alberto

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Resumen

Introducción: La hemorroidopexia grapada se desarrolló en los años noventa como alternativa a las clásicas cirugías resectivas, con la intención de corregir el prolapse mucohemoroidal y los síntomas asociados, con menor dolor posoperatorio y un tiempo de recuperación más rápido. Sin embargo, la generalización de su aplicación se asoció con resultados inconsistentes y algunas complicaciones graves, en gran medida debido a factores técnicos e indicaciones poco rigurosas. El objetivo del presente vídeo es mostrar los detalles técnicos en un caso de hemoroides grado III con prolapse circunferencial empleando una grapadora con mayor capacidad para albergar la mucosa redundante.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 37 años sin antecedentes de interés que acude a consulta por sangrado y prolapse sintomático de años de evolución. En la exploración física, se observan hemoroides grado III con importante prolapse mucoso circunferencial. Se realizó la hemorroidopexia grapada según técnica de Longo con dispositivo TST 36 BBRAUN® de alto volumen. El posoperatorio cursó sin incidencias, en régimen de CMA. Solo tomó analgésicos durante los 3 primeros días y en la revisión del primer mes refería resolución completa de los síntomas y no presentaba dolor ni síntomas *de novo*.

Discusión: Los dispositivos de alto volumen permiten una mayor resección de mucosa y submucosa rectal (35 cc vs. 17 cc de la grapadora original) lo que se traduce en una mejor resolución del prolapse y una disminución del porcentaje de recurrencias. Es importante una ejecución minuciosa de la técnica quirúrgica para evitar complicaciones y recidivas a corto y largo plazo. Se requiere una adecuada curva de aprendizaje y una rigurosa selección de pacientes para poder desarrollar la técnica con seguridad y eficacia.