



## P-177 - INCORPORACIÓN MASIVA DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE INSULINA EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 1 Y ALTO RIESGO DE HIPOGLUCEMIA

D. Roca Espino<sup>a</sup>, À. Mesa<sup>a</sup>, M. Giménez<sup>a,b,c</sup>, M. Granados<sup>a</sup>, C. Cabré<sup>a</sup>, O. Matas<sup>d</sup> e I. Conget<sup>a,b,c</sup>

<sup>a</sup>Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España. <sup>b</sup>IDIBAPS (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer), Barcelona, España. <sup>c</sup>CIBERDEM (Centro de Investigación en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas), Madrid, España. <sup>d</sup>Medtronic, Madrid, España.

### Resumen

**Introducción:** Los sistemas automáticos de administración de insulina (AID) mejoran el control glucémico y la calidad de vida en personas con diabetes tipo 1 (DT1). Su incorporación ha sido distinta según comunidad y centro. Nuestro objetivo fue evaluar la efectividad y seguridad de un proceso de recambio masivo de un sistema integrado bomba-sensor (SAP) a AID en pacientes con DT1 y alto riesgo de hipoglucemias.

**Material y métodos:** En contexto de una licitación y concurso público, los pacientes tratados con SAP (Medtronic 640G) en nuestro centro ( $n = 124$ ) fueron cambiados masivamente a AID (Medtronic 780G). El proceso incluyó 3 sesiones a cargo del fabricante del dispositivo. La sesión 1 fue presencial en grupos de 6-12 pacientes e incluyó el entrenamiento en el uso del dispositivo. De forma virtual, se activó el modo automático (sesión 2) y la descarga de datos online (sesión 3). Se evaluó la presencia de eventos adversos graves (EAG) e incidencias técnicas, así como grado de satisfacción durante el proceso y resultados glucométricos a los 6 meses de completar el proceso.

**Resultados:** El recambio se efectuó en 124 personas, 57,3% mujeres y edad media  $44,5 \pm 12,3$  años. El 96% ( $n = 119$ ) realizaron la sesión 1 en 3 fechas posibles (13-15 de marzo de 2023). La sesión 2 se realizó tras  $7,3 \pm 3,8$  días (asistencia 98%) y la sesión 3 tras  $13,1 \pm 5,4$  días (asistencia 84%). A los 6 meses ( $n = 80$ ), se observó un aumento del tiempo en rango 70-180 mg/dL ( $64,1 \pm 11,5$  vs.  $74,6 \pm 8,9\%$ ;  $p < 0,001$ ) y una reducción del tiempo 70 mg/dL ( $3,0 \pm 2,3$  vs.  $1,9 \pm 1,6\%$ ;  $p < 0,001$ ). El GMI (indicador de control glucémico), también mejoró significativamente ( $7,1 \pm 0,5$  vs.  $6,9 \pm 0,3\%$ ;  $p < 0,001$ ) en el 91% y 92% de los pacientes, respectivamente.

**Conclusiones:** El recambio masivo de un sistema SAP a AID en personas con DT1 y alto riesgo de hipoglucemias es factible, efectivo y seguro utilizando un programa híbrido (presencial y virtual) y en colaboración con el fabricante. Además, el proceso de recambio es percibido satisfactoriamente por los pacientes.