



IMAGINARTE

Eclipse solar

Solar eclipse



F. Medina Romero* y A. Díaz Silván

Servicio de Medicina Nuclear, Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España

En los estudios isotópicos los artefactos metálicos pueden generar áreas de hipoactividad. El contraste que produce uno de estos artefactos proyectado sobre una vejiga llena de orina radioactiva puede asemejarse a un eclipse solar, siendo los primeros el cuerpo eclipsante y la segunda el Sol. Presentamos el caso de un paciente de 53 años con dolor sacro que refería haber recibido un disparo accidental con una escopeta 12 años atrás (figs. 1–3).




Figura 1 Gammagrafía ósea en proyección posterior de la pelvis muestra hipoactividad en el margen inferior de la vejiga.



Figura 2 Radiografía pélvica en proyección lateral evidencia un artefacto metálico (bala) en la región presacra.




Figura 3 Eclipse solar parcial.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: drfranciscomedina@gmail.com (F. Medina Romero).